

Certificat d'examen de type
n° 01.00.452.008.1 du 3 septembre 2001

Ensemble de mesurage routier LAFON
types MPDSK et MPD98
(précision commerciale)

Le présent certificat d'examen de type est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, du décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau et du décret n° 73-791 du 4 août 1973 relatif à l'application des prescriptions de la communauté économique européenne au contrôle des compteurs volumétriques de liquides autres que l'eau et de leurs dispositifs complémentaires.

FABRICANTS :

MARCONI Commerce Systems, GmbH & Co KG, PostFach 1140 , Ferdinand-Henze-straBe, 4796 SALZKOTTEN (Allemagne) pour le dispositif calculateur-indicateur et le dispositif de récupération des vapeurs d'hydrocarbures

Société LAFON, 44 Avenue Lucien Victor Meunier, 33530 BASSENS.

DEMANDEUR :

Société LAFON, 44 Avenue Lucien Victor Meunier, 33530 BASSENS.

OBJET :

Le présent certificat d'examen de type complète et modifie les décisions n° 95.00.452.007.1 du 1^{er} septembre 1995 (1) et n° 99.00.452.003.1 du 15 mars 1999 relatives aux ensembles de mesurage routiers LAFON, modèles MPDSK et MPD98.

CARACTERISTIQUES :

Les ensembles de mesurage routiers LAFON types MPDSK et MPD98 version MPD98-Sxxx faisant l'objet du présent certificat d'examen de type diffèrent des modèles approuvés par les décisions citées en objet par le logiciel du dispositif calculateur-indicateur des volumes et des prix MARCONI, modèle LAFEC 2000 approuvé par la décision n° 99.00.510.013.1 du 29 octobre 1999, lorsqu'ils sont équipés du dispositif de récupération des vapeurs d'hydrocarbures MARCONI.

Pour les ensembles de mesurage routiers faisant l'objet du présent certificat d'examen de type, la pompe à vide se remet en fonctionnement quelques secondes après avoir raccroché le robinet d'extrémité.

Les autres caractéristiques, les variantes, les options, les inscriptions particulières et les autres conditions particulières de vérification restent conformes aux dispositions des décisions précitées.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION :

Lorsque la pompe à vide des ensembles de mesurage routiers LAFON types MPDSK et MPD98 version MPD98-Sxxx se remet en fonctionnement quelques secondes après avoir raccroché le robinet d'extrémité, il convient de vérifier en particulier que la version du logiciel du calculateur est bien FRNOC 56, ainsi que la présence des inscriptions réglementaires ci-après.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Les ensembles de mesurage routiers LAFON faisant l'objet du présent certificat d'examen de type doivent porter sur leur plaque d'identification, outre les inscriptions réglementaires, le numéro et la date figurant dans son titre.

La mise en conformité au présent certificat d'examen de type des ensembles de mesurage routiers LAFON, types MPDSK et MPD98 version MPD98-Sxxx en service, nécessite la mise en place d'une étiquette rappelant le numéro et la date du présent certificat d'examen de type. Cette étiquette, dont le retrait entraîne la destruction, doit être placée à proximité immédiate de la plaque d'identification de ces instruments.

DEPOT DE MODELE :

Les plans et schémas ont été déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Aquitaine et chez le demandeur sous la référence DA.02.162.

VALIDITE :

Le présent certificat d'examen de type est valable jusqu'au 1er septembre 2005.

Par empêchement du directeur de l'action
régionale et de la petite et moyenne industrie,
L'ingénieur en chef des mines,

E. TROMBONE

(1) - Revue de métrologie, septembre 1995, page 879