



**Certificat d'examen de type**  
**n° 01.00.861.005.1 du 18 décembre 2001**

**Organisme désigné par  
le ministère chargé de l'industrie  
par arrêté du 22 août 2001**

**DDC/72/B011752-D3**

**Sonomètre 01dB-Stell type Symphonie**  
**(classe 1)**

-----

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l'arrêté du 27 octobre 2000 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

**FABRICANT :**

01dB-Stell – 565 rue de Sans-Souci – 69760 LIMONEST

Atelier : 01dB-Stell - ZA du Val de Saune - 6 avenue Louis Blériot - 31570 SAINTE FOY  
D'AIGREFEUILLE

**OBJET :**

Le présent certificat complète les décisions n° 98.00.861.004.2 du 12 octobre 1998 <sup>(1)</sup>, n° 00.00.861.003.1 du 25 août 2000 et n° 01.00.861.001.1 du 22 mai 2001 relatives au sonomètre 01dB type Symphonie.

**CARACTERISTIQUES :**

Le sonomètre 01dB-Stell type Symphonie faisant l'objet du présent certificat diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par :

- le type de la liaison entre le boîtier de type Symphonie et la carte de type PCMCIA,
- le logiciel de mesure acoustique DBTRIG32 (mesure de bruit dans l'environnement), version 4.21,
- la modification de la configuration minimale requise du micro-ordinateur de type PC qui est donnée en annexe au présent certificat,
- l'adjonction d'un accessoire, disponible en option, constitué d'un câble passe fenêtre référencé PFS097.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

SIEGE SOCIAL - LABORATOIRES DE PARIS  
1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15  
Tél. : 01 40 43 37 00 - Fax : 01 40 43 37 37

LABORATOIRES DE TRAPPES  
29, avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex  
Tél. : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

E-mail : info@lne.fr  
Siret 313 320 244 00012  
NAF 743 B

BARCLAYS PARIS CENTRALE 30588 Guichet 60001 Compte 49726740101 RIB 70 - CRCA PARIS IAA.DISTRIB. 18206 Guichet 00426 Compte 58381956001 RIB 45

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :**

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l'exception de la marque d'examen de type, composée du numéro et de la date du présent certificat.

**DISPOSITIONS PARTICULIERES :**

Les dispositions particulières prévues par la décision n° 98.00.861.004.2 du 12 octobre 1998 précitée restent applicables.

**DEPOT DE MODELE :**

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d'essais (LNE) sous la référence DDC/72/B011752-D3 et chez le fabricant.

**VALIDITE :**

Le présent certificat est valable jusqu'au 25 août 2010.

**ANNEXE :**

Notice descriptive.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.

(1) Revue de Métrologie : janvier 1999, page 788.

**Annexe au certificat n° 01.00.861.005.1**

**NOTICE DESCRIPTIVE**

-----  
**Sonomètre 01dB-Stell type Symphonie**  
-----

**Configuration minimale requise pour le micro-ordinateur**

Le programme du sonomètre 01dB type Symphonie est prévu pour fonctionner sur un micro-ordinateur de type PC (Personal Computer) dont la configuration minimale requise est la suivante :

- micro-ordinateur : équipé d'un processeur Intel Pentium ou équivalent cadencé à 100 MHz,
- disque dur : 1 Go,
- mémoire vive : 32 Mo,
- carte graphique : type VGA,
- lecteur PCMCIA : type II,
- lecteur de disquette : un au moins,
- système d'exploitation : Windows 95.

Le logiciel de mesures acoustiques DBTRIG 32 est établi selon la même architecture que celle du logiciel précédent DBTRIG 2. La présentation des différents menus est donc inchangée.