

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.371.002.1 DU 6 JUILLET 1992

Ensemble de correction de volume de gaz en température FAURE HERMAN modèle FH C 20-2

LA PRESENTE DECISION EST ETABLIE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE, DU DECRET N° 72-866 DU 6 SEPTEMBRE 1972 MODIFIE REGLE-MENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : COMPTEURS DE VOLUME DE GAZ ET DE L'ARRETE DU 5 AOUT 1987 RELATIF AUX ENSEMBLES DE CORRECTION DE VOLUME DE GAZ.

FABRICANT

FAURE HERMAN, 8, rue de la Croix Martre, Z.I. de Massy-Palaiseau, 91120 Palaiseau.

OBJET

La présente décision complète la décision n° 90.1.05.359.1.0 du 20 décembre 1990 (1).

CARACTERISTIQUES

Le calculateur FAURE-HERMAN modèle FH C 20-2 faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par la décision précitée par l'ajout de coefficients multiplicateurs des indications du volume dans les conditions de mesurage et du volume dans les conditions de base.

Ces coefficients peuvent être de la forme 10^n , n étant égal à - 2, - 1, zéro, 1, ou 2.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modèle figurant sur la plaque d'identification des instruments

concernés par la présente décision est identique à celui fixé par la décision précitée.

Les valeurs des échelons utilisés sont portées sur la face avant de l'instrument à proximité de l'afficheur.

CONDITIONS PARTICULIERES DE VERIFICATION

La vérification primitive est réalisée dans les locaux de la société FAURE-HERMAN à la Ferté Bernard (72).

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 20 décembre 2000.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

(1) Revue de Métrologie, décembre 1990, page 1465.