

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.624.046.1 DU 24 DECEMBRE 1992

Bascule à équilibre automatique TESTUT modèle JBI.1 (CLASSE III)

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965, MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

FABRICANT

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

OBJET

La présente décision complète les décisions n° 92.00.624.023.1 du 18 juin 1992 (1)

et n° 92.00.624.044.1 du 18 décembre 1992 (2).

CARACTERISTIQUES

La bascule TESTUT modèle JBI.1 faisant l'objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par la décision précitée par l'utilisation du dispositif mesureur de charge TESTUT modèle T50. approuvé par décision n° 92.00.642.063.1 du 21 décembre 1992 (3).

Les principales caractéristiques de la bascule TESTUT modèle JBI.1 faisant l'objet de la présente décision sont données dans le tableau suivant :

Récepteur type dimensions (mm)	Portée maximale (kg)	Echelon (g)	Capteur type
JBI.1 345 x 260	3	1	AC 5
JBI.1 345 x 260	6	2	AC10
JBI.1 345 x 260	15	5	AC15
JBI.1 420 x 420	15	5	SP30
JBI.1 420 x 420	30	10	SP30
JBI.1 420 x 420	60	20	SP60

Les autres caractéristiques restent identiques à celles figurant dans les décisions précitées.

(1) Revue de Métrologie, juin 1992, page 854.

(2) Revue de Métrologie, décembre 1992, page 1844.

(3) Revue de Métrologie, décembre 1992, page 1871.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des balances concernées par la présente décision doit porter au moins les indications suivantes :

- la marque de la société TESTUT : T62 ;
- la référence du modèle et le numéro de série de l'instrument ;

- la référence de la décision d'approbation : décision n° 92.00.624.023.1 du 18 juin 1992 ;
- les caractéristiques métrologiques et la classe de précision ;
- la mention "INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC".

INDICATIONS PARTICULIERES

La mention "INTERDIT POUR LA VENTE DIRECTE AU PUBLIC" doit être apposée sur le dispositif indicateur à proximité des résultats de pesage.

De plus, lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé n'est pas muni du dispositif de scellement prévu par sa décision d'approbation ou lorsque les connexions entre le capteur et le dispositif indicateur ne sont pas toutes scellées, la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" doit être apposée (ou se substituer à la précédente) sur le dispositif indicateur.

VALIDITE

La présente décision a une durée de validité de 10 ans à partir de la date figurant dans son titre.

DEPOT DE MODELE

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET
