

DECISION D'APPROBATION DE MODELE  
N° 92.00.625.027.1 DU 18 JUIN 1992

## Bascules à équilibre automatique TESTUT modèle JBI.1 - 600

**(CLASSE III)**

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 65-487 DU 18 JUIN 1965 MODIFIE PAR LE DECRET N° 75-1201 DU 4 DECEMBRE 1975 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTS DE PESAGE INDIQUANT LE PRIX.

**FABRICANT**

Société TESTUT, 855, rue de l'Horlogerie, 62401 Béthune.

**OBJET**

La présente décision complète la décision n° 90.1.43.626.1.3 du 16 juillet 1990 (1).

**CARACTERISTIQUES**

Les bascules TESTUT modèle JBI.1 - 600 faisant l'objet de la présente décision diffèrent du modèle approuvé par la décision précitée par l'utilisation du dispositif mesureur de charge TESTUT modèle T50.X approuvé par décision n° 92.00.642.036.1 du 11 juin 1992 (2).

Les principales caractéristiques des bascules TESTUT modèle JBI.1 - 600 faisant l'objet de la présente décision sont données dans le tableau suivant :

Dispositif indicateur	Portée maximale (kg)	Portée minimale (kg)	Echelon (g)	Type de capteur
T501X ou T504X	150	2,5	50	1250-150
	200	10	200	1250-250
	300	5	100	1250-300
	300	25	500	1250-300

Les autres caractéristiques restent identiques à celles figurant dans la décision précitée.

**INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES**

La plaque d'identification des bascules concernées par la présente décision doit porter au moins les indications suivantes :

- la marque de la société TESTUT : T62 ;
- la référence du modèle et le numéro de série de l'instrument ;

(1) Revue de Métrologie, juillet 1990, page 908.  
(2) Revue de Métrologie, juin 1992, page 888.

- la référence de la présente décision d'approbation : décision n° 92.00.625.027.1 du 18 juin 1992 ;
- les caractéristiques métrologiques et la classe de précision ;

**INDICATIONS PARTICULIERES**

Lorsque le dispositif mesureur de charge utilisé n'est pas muni du dispositif de scellement prévu par sa décision d'approbation ou lorsque les connexions entre le capteur et le dispositif indicateur ne sont pas toutes scellées, la mention "INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION" doit être apposée sur le dispositif indicateur.



**VALIDITE**

La présente décision a une durée de validité limitée au 15 juillet 2000.

**DEPOT DE MODELE**

Plans et schémas déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'indus-

trie, de la recherche et de l'environnement Nord-Pas-de-Calais et chez le fabricant.

---

POUR LE MINISTRE ET PAR DÉLÉGATION :

PAR EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION RÉGIONALE  
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,  
L'INGÉNIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

HUGOUNET

---