



ERRATUM

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.642.024.1 DU 29 AVRIL 1992

(Revue de Métrologie, avril 1992, page 567)

**Dispositif mesureur de charge PHILIPS
modèle PR 1613**

(CLASSE III)

CARACTERISTIQUES

Lire : Tension d'alimentation des capteurs : 12 V ou 20 V

au lieu de : Tension d'alimentation des capteurs : 12 V.

