

DECISION D'APPROBATION DE MODELE
N° 92.00.751.001.1 DU 3 JUILLET 1992

Saccharimètre LISABIO modèle POL F

LA PRESENTE DECISION EST PRONONCEE EN APPLICATION DU DECRET N° 88-682 DU 6 MAI 1988 RELATIF AU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE MESURE ET DU DECRET N° 66-182 DU 25 MARS 1966 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURAGE : SACCHARIMETRES AUTOMATIQUES UTILISANT LE PHENOMENE DE POLARISATION.

FABRICANT

LISABIO, Z.I. Le Bassin, 21320 Pouilly en Auxois.

OBJET

La présente décision complète les décisions n° 78.1.02.816.1.0 du 19 juin 1978 (1) et n° 90.1.01.816.1.0 du 14 septembre 1990 (2).

CARACTERISTIQUES

Le saccharimètre LISABIO modèle POL F objet de la présente décision diffère du modèle approuvé par les décisions précitées par :

- un nouveau dispositif d'impression portant la référence IPF B, composé d'une imprimante de marque EPSON, modèle M28SA, et d'un boîtier d'interface entre le saccharimètre et l'imprimante,
- la possibilité d'intercaler, entre le saccharimètre et le dispositif d'impression, un boîtier de dérivation permettant de transmettre les résultats de mesure à un dispositif périphérique (par exemple, un ordinateur).

SCELLEMENTS

Le scellement de l'imprimante est réalisé conformément aux photographies annexées à la présente décision.

(1) Revue de Métrologie, juin 1978, page 558.

(2) Revue de Métrologie, octobre 1990, page 1346.

Le scellement du boîtier d'interface est réalisé conformément aux photographies annexées à la décision n° 90.1.01.816.1.0 du 14 septembre 1990.

Le scellement du boîtier de dérivation est assuré par deux plombs recouvrant deux vis diagonalement opposées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La marque d'approbation de modèle figurant sur la plaque d'identification des instruments en service concernés par la présente décision est identique à celle fixée par les décisions précitées.

La plaque d'identification des instruments neufs concernés par la présente décision doit porter la marque d'approbation relative à celle-ci.

VALIDITE

La présente décision est valable jusqu'au 14 septembre 2000.

ANNEXES

Photographies n° 5750-1, 2 et 3.

Schéma n° 5750-4.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE
L'INGÉNIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

■ N° 5750-1

SACCHARIMETRE LISABIO POL F



■ N° 5750-2

SACCHARIMETRE LISABIO POL F

Dispositif de scellement de l'imprimante



■ N° 5750-3
SACCHARIMETRE LISABIO POL F

Imprimante et boîtier d'interface



■ N° 5750-4

SACCHARIMETRE LISABIO POL F

Schémas d'installation avec boîtier de dérivation

