

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 93.00.382.010.0 DU 24 SEPTEMBRE 1993

Compteur d'eau froide SAPPEL modèle AQUARIUS 15

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 83/575/C.E.E. DU 26 OCTOBRE 1983 RELATIVE AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE N° 75/33/C.E.E. DU 17 DECEMBRE 1974 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX COMPTEURS D'EAU FROIDE, DU DECRET N° 73-788 DU 4 AOUT 1973 MODIFIE PAR LE DECRET N° 84-1107 DU 6 DECEMBRE 1984, PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 76-130 DU 29 JANVIER 1976 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : COMPTEURS D'EAU FROIDE.

FABRICANT

SAPPEL S.A., 67, rue du Rhône, 68304 Saint Louis Cedex, France.

OBJET

Le présent certificat complète les certificats d'approbation C.E.E. de modèle, n° 88.0.05.388.1.0 du 28 juin 1988, n° 92.00.382.001.0 du 29 avril 1992 (2) et n° 93.00.382.003.0 du 2 mars 1993 (3).

CARACTERISTIQUES

Le compteur SAPPEL modèle AQUARIUS 15 faisant l'objet du présent certificat est complété par une version "VA" qui diffère du modèle approuvé par les certificats précités par :

- l'habillage : le compteur est muni d'une bague de verrouillage avec dispositif d'encliquetage radial,

- le scellement : une étiquette dont le retrait entraîne sa destruction et portant les marques de vérification primitive est mise en place sur le dispositif d'encliquetage.

Les autres caractéristiques restent inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modèle figurant sur les instruments concernés par le présent certificat est identique à celui fixé par le certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° 88.0.05.388.1.0 du 28 juin 1988.

DEPOT DE MODELE

Les plans ont été déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace et chez le fabricant.

LIMITE DE VALIDITE

Le présent certificat est valable jusqu'au 28 juin 1998.

ANNEXE

Dessins n° 6000.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

(1) Revue de Métrologie, juillet 1988, page 717.

(2) Revue de Métrologie, avril 1992, page 518.

(3) Revue de Métrologie, mars 1993, page 429.

■ N° 6000

COMPTEUR D'EAU FROIDE SAPPEL AQUARIUS 15

Compteur jet unique SAPPEL AQUARIUS V.A. pour eau froide

