

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 93.00.392.001.0 DU 2 MARS 1993

Compteur à jet unique SAPPEL modèle AQUARIUS 15 pour eau chaude

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 83/575/C.E.E. DU 26 OCTOBRE 1983 RELATIVE AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE DE LA DIRECTIVE N° 79/830/C.E.E. DU 11 SEPTEMBRE 1979 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX COMPTEURS D'EAU CHAUDE, DU DECRET N° 73-788 DU 4 AOUT 1973 MODIFIE PAR LE DECRET N° 84-1107 DU 6 DECEMBRE 1984 PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA C.E.E. RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 82-537 DU 22 JUIN 1982 REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : COMPTEURS D'EAU CHAUDE.

FABRICANT

SAPPEL S.A., 67, rue du Rhône, 68304 Saint Louis Cedex.

OBJET

Le présent certificat complète le certificat n° 91.00.392.001.0 du 5 septembre 1991 (1).

CARACTERISTIQUES

Le compteur SAPPEL modèle AQUARIUS 15 faisant l'objet du présent certificat diffère du modèle approuvé par le certificat précité, par l'habillage extérieur. Les autres caractéristiques restent inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le numéro d'approbation de modèle figurant sur les instruments concernés par le présent certifi-

cat est identique à celui fixé par le certificat n° 91.00.392.001.0 du 5 septembre 1991.

DEPOT DE MODELE

Les plans ont été déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace et chez le fabricant.

LIMITE DE VALIDITE

La limite de validité du présent certificat est identique à celle fixée par le certificat cité en objet : 5 septembre 2001.

ANNEXES

Notice descriptive.

Dessins n° 5922.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPÊCHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES INSTRUMENTS DE MESURE,

J. HUGOUNET

(1) Revue de Métrologie, septembre 1991, page 894.

NOTICE DESCRIPTIVE

Compteur à jet unique SAPPTEL
modèle AQUARIUS 15 pour eau chaude

I - DESCRIPTION

L'habillage extérieur est réalisé par un capot de fermeture avec ou sans couvercle. L'aiguille du totalisateur porte un aimant.

II - DISPOSITIF DE SCHELEMENT ET MARQUES DE VERIFICATION

Les marques de vérification primitive sont moulées sur le capot de fermeture.

Le capot de fermeture est encliqueté sur le compteur et l'enlèvement du capot de fermeture entraîne sa destruction.

