



MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

MAI 1995 (suite) - JUIN 1995

MODELES D'INSTRUMENTS DE MESURE NOUVELLEMENT APPROUVES

DECISION
N° 95.00.611.017.0 DU 24 MAI 1995

ADDITIF n° 2
au CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE
n° 94.00.611.010.0 du 7 juillet 1994

Le présent additif concerne la balance TESTUT modèle B200 qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité par :



- l'utilisation d'un capteur SCAIME modèle AJ10 sur la balance de portée maximale inférieure ou égale à 6 kg et d'échelon supérieur ou égal à 2 g.

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité et l'additif n° 1 à ce certificat restent inchangés.



LE SOUS-DIRECTEUR DE LA METROLOGIE,

J.F. MAGANA

