



DECISION
N° 95.00.620.005.0 DU 24 NOVEMBRE 1995

ADDITIF N° 1
au certificat d'approbation C.E. de type
n° 94.00.620.007.0 du 27 décembre 1994

Le présent additif concerne la bascule MASTER K type BA version BA 5, qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité par les dimensions maximales de son dispositif récepteur de charge qui peuvent atteindre 3 000 mm x 3 000 mm.

Les balances, version BA 5, objet du présent additif sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Dimensions maximales du dispositif récepteur de charge (en mm)	Portée maximale \leq (en kg)	Echelon \geq (en g)	Nombre d'échelons \leq	Capteurs Master K type PAC
1 500 x 3 000	2 000	200	3 000	600
2 000 x 3 000	5 000	500	3 000	1 500
3 000 x 3 000	10 000	1 000	3 000	3 000

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité sont inchangées.

LE SOUS-DIRECTEUR DE LA METROLOGIE

J.F. MAGANA