

PARU EN SEPTEMBRE 1996



MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

MODELES D'INSTRUMENTS DE MESURE NOUVELLEMENT APPROUVES EN JUIN 1996

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELE
N° 96.00.382.007.0 DU 14 JUIN 1996

Compteur d'eau froide SAPPEL modèle AQUARIUS 20 (CLASSE A - POSITION VERTICALE) (CLASSE B - POSITION HORIZONTALE)

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 83/575/C.E.E. DU 26 OCTOBRE 1983 RELATIVE AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 75/33/C.E.E. DU 17 DECEMBRE 1974 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX COMPTEURS D'EAU FROIDE, DU DECRET N° 73-788 DU 4 AOUT 1973 MODIFIE PAR LE DECRET N° 84-1107 DU 6 DECEMBRE 1984, PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 76-130 DU 29 JANVIER 1976

(1) *Revue de Métrologie*, juin 1994, page 531.

REGLEMENTANT LA CATEGORIE D'INSTRUMENTS DE MESURE : COMPTEURS D'EAU FROIDE.

FABRICANT

SAPPEL SA, 67, rue du Rhône, 68300 Saint Louis, France.

OBJET

Le présent certificat complète le certificat d'approbation C.E.E. de modèle n° 94.00.382.002.0 du 10 juin 1994 (1).

CARACTERISTIQUES

Le compteur d'eau froide SAPPÉL modèle AQUARIUS 20 faisant l'objet du présent certificat est complété par une version qui diffère du modèle approuvé par le certificat précité, par une arrivée d'eau tangentielle à la turbine.

Les autres caractéristiques restent inchangées.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Le signe d'approbation de modèle figurant sur le compteur est identique à celui fixé par le certificat précité.

DEPOT DE MODELE

Les plans ont été déposés à la sous-direction de la métrologie, à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace et chez le fabricant sous la référence DA.01.166.

VALIDITE

Le présent certificat est valable jusqu'au 10 juin 2004.

ANNEXES

Dessin n° 6300.

POUR LE MINISTRE ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE

ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,

L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,

J.F. MAGANA

■ N° 6300

COMPTEUR JET UNIQUE SAPPEL, AQUARIUS 20/190 POUR EAU FROIDE

