

ADDITIF n° 3
au certificat d'approbation C.E. de type
n° 94.00.620.007.0 du 27 décembre 1994

Le présent additif concerne les balances MASTER K type BA qui diffèrent des modèles faisant l'objet du certificat précité et de ses additifs n°s 1 et 2, par la possibilité de comporter un dispositif indicateur MASTER K, type IDM, ayant deux étendues de pesage. Ce dispositif indicateur fait l'objet de la révision 1 du certificat d'essai SDM n° I9403 du 21 décembre 1994.

Les caractéristiques métrologiques des balances sont alors telles que :

Etendue W_1 : $n_1 \leq 3\ 000$

Etendue W_2 : $n_2 \leq 3\ 000$ avec $Max_2 \leq 6\ 0000e_1$

Les autres caractéristiques fixées par le certificat d'approbation C.E. de type précité et ses additifs n°s 1 et 2, restent inchangées.

LE SOUS-DIRECTEUR DE LA METROLOGIE,

J.F. MAGANA