



DECISION

N° 96.00.620.019.0 DU 9 DECEMBRE 1996

ADDITIF N° 1
au certificat d'approbation C.E. de type
n° 95.00.611.023.0 du 24 octobre 1995

Le présent additif concerne la balance TESTUT modèle B200CO qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité :

- par les échelons de prix unitaire et de prix à payer suivants :

du = 0,01 F/kg de 0,01 à 9 999,99 F/kg

dp = 0,05 F de 0,00 à 9 999,95 F

dp = 0,10 F de 10 000 à 99 999,9 F

dp = 1 F au-dessus de 99 999,9 F

- par la possibilité d'utiliser une cuve de récepteur de charge à flancs droits en lieu et place de la cuve encastrable à flancs formés, et une colonne support d'afficheurs fixe au lieu de la colonne à pied pivotant (plan n° 1).

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité restent inchangées.

Vue éclatée : n° 6343.

LE SOUS-DIRECTEUR DE LA METROLOGIE,

J.F. MAGANA



■ N° 6343
BALANCE TESTUT B200CO

Vue éclatée

