



DECISION N° 97.00.620.002.0 DU 10 FEVRIER 1997
REVISION N° 1 DU CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE
N° 96.00.620.012.0 DU 5 SEPTEMBRE 1996

Balance TESTUT modèle EL 12

- DELIVRE PAR :** sous-direction de la métrologie (organisme notifié n° 0171), 22, rue Monge, 75005 Paris.
- EN APPLICATION :** du décret n° 91-330 du 27 mars 1991 modifié, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de l'arrêté du 22 juin 1992 modifié, relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, transposant dans le droit français la directive 90/384/C.E.E. du 20 juin 1990 modifiée par la directive 93/68/C.E.E. du 22 juillet 1993.
- DELIVRE A :** Ets TESTUT, 957, rue de l'Horlogerie, BP 11, 62401 Béthune (France).
- CONCERNANT :** un instrument de pesage à fonctionnement non automatique, à équilibre automatique, à échelons multiples ou mono-échelon, à indication du poids et du prix ou à indication du poids seul, pouvant posséder des modes de fonctionnement multi-étendues et étiqueteur de prix, destiné à la vente directe au public.
- CARACTERISTIQUES :** Classe de précision III
- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------|
| Instrument à échelons multiples : | $Max_1 \leq 6 \text{ kg}$ | $e_1 \geq 2 \text{ g}$ | $Min = 20 e_1$ |
| | $Max_2 \leq 15 \text{ kg}$ | $e_2 \geq 5 \text{ g}$ | |
| | $n_1 \leq 3000$ | $T \geq -Max_1$ | |
| Instrument mono-échelon : | $Max \leq 6 \text{ kg}$ | $e \geq 2 \text{ g}$ | $n \leq 3000$ |
| | $Max \leq 15 \text{ kg}$ | $e \geq 5 \text{ g}$ | $n \leq 3000$ |
| | $T \geq -6 \text{ kg}$ | | |
- VALABLE JUSQU'AU :** 4 septembre 2006.
- Les principales caractéristiques et conditions spéciales ne sont pas modifiées et figurent dans l'annexe jointe au certificat d'approbation C.E. de type, dans laquelle le nom «LUTRANA» est remplacé par le nom «TESTUT». Tous les plans, schémas et notices sont déposés à la sous-direction de la métrologie sous la référence de dossier DA 13.1364.
- REMARQUE :** La présente décision transfère au demandeur ci-dessus désigné le bénéfice du certificat d'approbation C.E. de type.

LE SOUS-DIRECTEUR DE LA METROLOGIE,

J.F. MAGANA

