

CERTIFICAT D'APPROBATION C.E.E. DE MODELES
N° 98.00.422.002.0 DU 16 MARS 1998

**Compteurs volumétriques
SOFITAM EQUIPEMENT**
modèles ZC 17-80/80 et
ZC 17-80/150 pour hydrocarbures

LE PRESENT CERTIFICAT EST ETABLI EN APPLICATION DE LA DIRECTIVE 71/316/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 MODIFIEE RELATIVE AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE, DE LA DIRECTIVE 71/319/C.E.E. DU 26 JUILLET 1971 RELATIVE AUX COMPTEURS DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DE LA DIRECTIVE 77/313/C.E.E. DU 5 AVRIL 1977 MODIFIEE RELATIVE AUX ENSEMBLES DE MESURAGE DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU, DU DECRET N° 73-788 DU 4 AOUT 1973 MODIFIE PORTANT APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE ET AUX METHODES DE CONTROLE METROLOGIQUE ET DU DECRET N° 73-791 DU 4 AOUT 1973 RELATIF A L'APPLICATION DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AU CONTROLE DES COMPTEURS VOLUMETRIQUES DE LIQUIDES AUTRES QUE L'EAU ET DE LEURS DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES.

FABRICANT

SOFITAM EQUIPEMENT, 5, rue des Chardonnerets, Z.A.C. Paris Nord II, 93290 Tremblay en France.

Usine à Falaise (Calvados).

OBJET

Le présent certificat complète les certificats d'approbation C.E.E. de modèles n° 89.0.04.422.3.3 du 20 avril 1989 (1) et n° 97.00.400.002.0 du 25

février 1997 (2) relatifs aux compteurs volumétriques SOFITAM EQUIPEMENT, modèles ZC 17-80/80, ZC 17-80/150 et ZC 17-80/250 pour hydrocarbures.

CARACTERISTIQUES

Les compteurs volumétriques SOFITAM EQUIPEMENT modèles ZC 17-80/80 et ZC 17-80/150 pour hydrocarbures faisant l'objet du présent certificat diffèrent des modèles approuvés par les certificats précités par les caractéristiques métrologiques suivantes :

- portée de l'indication : 1 000 000 litres
- échelon de chiffraison : 10 litres
- valeur d'un tour du premier élément : 100 litres
- échelon de graduation : 1 litre
- échelon d'impression : 10 litres
- échelon de prédétermination : 10 litres
- livraison minimale : 1 000 litres.

Ils sont alors respectivement dénommés modèles ZC 17-80/80 et ZC 17-80/150 version "Aviation".

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

La plaque d'identification des compteurs volumétriques SOFITAM EQUIPEMENT modèles ZC 17-80/80 et ZC 17-80/150 pour hydrocarbures fai-

(1) *Revue de Métrologie*, mai 1989, page 553.

(2) *Revue de Métrologie*, août-septembre 1997, page 500.



sant l'objet du présent certificat porte le numéro du certificat n° 89.0.04.422.3.3 précité.

DEPOT DE MODELE

Les plans et schémas ont été déposés, sous la référence DA 04-78, au siège de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Basse-Normandie et à la sous-direction de la métrologie.

VALIDITE

Le présent certificat est valable jusqu'au 20 avril 1999.

POUR LE SECRETAIRE D'ETAT ET PAR DELEGATION :

PAR EMPECHEMENT DU DIRECTEUR DE L'ACTION REGIONALE
ET DE LA PETITE ET MOYENNE INDUSTRIE,
L'INGENIEUR EN CHEF DES MINES,

J.F. MAGANA

