



DECISION
N° 98.00.620.001.0 DU 22 JANVIER 1998

Additif n° 1 au certificat d'approbation C.E. de type
n° 94.00.626.008.0 du 18 août 1994

Le présent additif concerne le pont-bascule ABAC modèle CAT qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité, par :

- la possibilité d'utiliser le dispositif indicateur MASTER K, type IDM ayant une seule étendue de pesage. Ce dispositif indicateur fait l'objet de la révision 1 du 24 octobre 1996, du certificat d'essai SDM N° I9403 du 21 décembre 1994 délivré par la sous-direction de la métrologie, organisme notifié n° 0171 ;
- le fait que les dispositifs de scellement sont ceux décrits dans le certificat d'essai du dispositif indicateur ;
- le fait que la plaque d'identification de l'instrument est constituée par une plaque autocollante destructible par arrachement, apposée sur la face avant du dispositif indicateur.

Les autres caractéristiques, fixées par le certificat précité, restent inchangées.

Les caractéristiques métrologiques des instruments étant dépendantes de celles de leurs modules constitutifs, la preuve de la compatibilité du dispositif récepteur de charge, du dispositif indicateur et du dispositif équilibreur et transducteur utilisés, doit être apportée par le fabricant lors de la vérification C.E..

LE SOUS-DIRECTEUR DE LA METROLOGIE,

J.F. MAGANA
