



Direction de l'Action Régionale
et de la Petite et Moyenne Industrie

Sous-Direction de la Métrologie
DA 18-333/R1

Décision n° 99.00.620.020.0 du 23 avril 1999
Révision n° 1 du CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE
N° 98.00.620.026.0 du 16 juin 1998

Instruments de pesage à fonctionnement non automatique
modèle WSI1

Délivré par : Sous-Direction de la Métrologie (organisme notifié n° 0171), 22 rue Monge 75005 PARIS (FRANCE)

En application : du décret n° 91-330 du 27 mars 1991, modifié par le décret n° 93-973 du 27 juillet 1993, et le décret n° 96-442 du 22 mai 1996, relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de l'arrêté du 22 juin 1992 modifié par l'arrêté du 25 juin 1996, relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, transposant dans le droit français la directive 90/384/CEE du 20 juin 1990 modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.

Délivré à : Société NS METTLER TOLEDO I, 18 avenue de la Pépinière à 78220 - VIROFLAY (FRANCE).

Concernant : des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, électroniques, à équilibre automatique, à une seule étendue de mesure et à une seule valeur d'échelon.

Caractéristiques : Classe de précision **(III)**

Portée maximale (Max)	: $3 \text{ kg} \leq \text{Max} \leq 300 \text{ kg}$
Echelon (e)	: $1 \text{ g} \leq e \leq 500 \text{ g}$
Nombre d'échelons (n)	: $n \leq 3000$
Effet maximal soustractif de tare	: $T \geq -\text{Max}$
Température de fonctionnement	: $-10 \text{ °C}/+40 \text{ °C}$

Valable jusqu'au : **16 juin 2008.**

Les principales caractéristiques et conditions spéciales ne sont pas modifiées et figurent dans l'annexe jointe au certificat d'approbation C.E. de type, où le nom "TESTUT" est remplacé par le nom "NS METTLER TOLEDO I". Tous les plans, schémas et notices sont déposés à la Sous-Direction de la Métrologie sous la référence de dossier DA 18-333.

Remarque : la présente décision étend au demandeur ci-dessus désigné le bénéfice du certificat d'approbation C.E. de type.

Le Sous-Directeur de la Métrologie,

J.F. MAGANA