



Organisme notifié n°0071
DDC/72/A012211-D2-1

DECISION n° F-00-A-009 du 25 avril 2000

ADDITIF n° 1 au
CERTIFICAT D'APPROBATION C.E. DE TYPE
n° 99.00.620.038.0 du 22 juin 1999

Le présent additif concerne la bascule MASTER-K type BA, qui diffère du modèle faisant l'objet du certificat précité, par le fait que les caractéristiques métrologique peuvent être :

* $e \geq 1$ g pour les balances type BA dont le nombre (n) d'échelons est : $n \leq 3000$.

Les autres caractéristiques fixées par le certificat précité restent inchangées.

Le Directeur Général

Marc MORTUREUX